

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



Chodítka dvoukolové
typ:

242 A

242 B

243 A

243 B

245 A



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



Chodítka dvoukolové
typ:

242 A

242 B

243 A

243 B

245 A



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn plnými předními kolečky a ergonomickými rukojetmi. Zadní opěrné nohy jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Prostřednictvím nastavitelných rukojetí je umožněno snadné výškové nastavení chodítka (viz.Tabulka rozměrů).

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	Celková šířka (cm)
242 A	73-99	59
242 B	64-91	56
243 A	43-56	43
243 B	51-64	44
245 A	76-98	55

Chodítka 242 A, 242 B, 243 A a 243 B mohou být dodána v demontovaném stavu. Při jejich montáži spojte prostřednictvím horní a dolní vzpěry boční rámy chodítka. Po sestavení chodítka zajistěte z každé strany obě vzpěry příslušnými maticemi. V případě transportu mohou být díky své konstrukci tato chodítka jednoduchým způsobem zpětně demontována.

Chodítka 245 A lze bez předchozí demontáže jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Složení chodítka se provádí při stlačení aretačních pojistek ve dvou bodech proti sobě na obou bočních zasouvacích vzpěrách a současném tahu horní vzpěry směrem dolů.. K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž povolení lze rukojeti jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze.

ÚDRŽBA : Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

VAROVÁNÍ : Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn plnými předními kolečky a ergonomickými rukojetmi. Zadní opěrné nohy jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Prostřednictvím nastavitelných rukojetí je umožněno snadné výškové nastavení chodítka (viz.Tabulka rozměrů).

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	Celková šířka (cm)
242 A	73-99	59
242 B	64-91	56
243 A	43-56	43
243 B	51-64	44
245 A	76-98	55

Chodítka 242 A, 242 B, 243 A a 243 B mohou být dodána v demontovaném stavu. Při jejich montáži spojte prostřednictvím horní a dolní vzpěry boční rámy chodítka. Po sestavení chodítka zajistěte z každé strany obě vzpěry příslušnými maticemi. V případě transportu mohou být díky své konstrukci tato chodítka jednoduchým způsobem zpětně demontována.

Chodítka 245 A lze bez předchozí demontáže jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Složení chodítka se provádí při stlačení aretačních pojistek ve dvou bodech proti sobě na obou bočních zasouvacích vzpěrách a současném tahu horní vzpěry směrem dolů.. K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž povolení lze rukojeti jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze.

ÚDRŽBA : Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

VAROVÁNÍ : Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.